

BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

AO 16/2026 : Fourniture et installation d'un automate de culture liquide des mycobactéries et test de sensibilité aux antituberculeux pour laboratoire des B K de l'Institut Pasteur du Maroc.

N° Art	DESIGNATIONS	UNITE DE MESURE	QTE	P.U. EN (DH) HT	TVA(%)	PRIX TOTAL HT(DH)
Lot N° 1						
MT000354	AUTOMATE DE CULTURE LIQUIDE DES MYCOBACTÉRIES ET TEST DE SENSIBILITÉ AUX ANTITUBERCULEUX Fourniture et Installation d'Automate pour culture liquide des mycobactéries et test de sensibilité aux antituberculeux Principe de détection: Fluorescence Lecture de tubes toutes les heures avec température d'incubation stable (intervalle entre 2 lectures une heure) Signalement immédiat des tubes positifs par témoin lumineux du tiroir, affichage sur écran et alarme sonore. Alarme sonore et visuelle en cas de problème. La lecture des tubes doit être effectuée par un système de détection mobile Possibilité de tester sur l'automate la sensibilité aux antituberculeux Utilisation des cultures positives pour d’ autres tests d’ identification ou DE biologie moléculaire Temps d'incubation: 42 jours avec durée réglable de 1 à 56 jours Lecteur de code à barres Un logiciel d'exploitation avec écran Capacité des tubes: 960 tubes au minimum Détection des mycobactéries dans tous les échantillons cliniques autres que le sang. Livré avec broyeur automatisé et certificat de qualification Garantie: 2 ans N.B: Formation obligatoire du personnel	UNITE	1			
Lot N° 1	TOTAL HORS TAXES					
	MONTANT TVA					
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES					